



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **11:46** horas del día **02 de diciembre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 Numeral 1 Fracción I, Artículo 28 Numeral 4, Artículo 30 Numeral 1 Fracción I, Artículo 32 Numeral 1 y Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se reunieron los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Estado de Colima, cuyos nombres, rúbricas y firmas aparecen al final de la presente acta, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, en el Municipio de Colima, para llevar a cabo la **JUNTA DE ACLARACIONES** correspondiente a la Convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número **36066001-015-2-2025** PARA LA ADQUISICIÓN DE **EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO** PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

El acto fue presidido por la **C.P. Marina Nieto Carrasco**, Secretaria Técnica, en su carácter de Presidenta Suplente, dio la bienvenida a todos los presentes y solicitó a la **C.P. Griselda López León**, Secretaria Ejecutiva con voz y voto, que procediera a dar lectura de los oficios de designación de los suplentes en caso de que los hubiera, y a su vez realizar el pase de asistencia con el objeto de acreditar la presencia de los miembros, y la validez de la presente Junta de Aclaraciones.

La **C.P. Griselda López León**, Secretaria Ejecutiva, informó que se cuenta con 2 oficios de designación de suplentes: oficio SPSIB/CEC/SAS/908/2025 firmado por la Dra. Andrea Atilano Coral, Jefa de Servicios de Atención a la Salud para la designación del Dr. Héctor Jonathan Martínez Gutiérrez como Asesor Técnico y el oficio SSE/DSS/475/2025 firmado por la DCM Martha Irazema Cárdenas Rojas, para designar a la I.B.Q. Alejandra Sinahí González González como vocal suplente.

La **C.P. Griselda López León**, Secretaria Ejecutiva, informó a la Presidenta que se encuentran presentes **cuatro** de los **siete** integrantes con voz y voto del Subcomité por lo que existe quórum legal para sesionar.

Haciendo uso de la voz, la **C.P. Marina Nieto Carrasco**, sometió a consideración y votación de los integrantes del Subcomité el orden del día propuesto para el desarrollo de la sesión, el cual fue aprobado de manera unánime y quedó estipulado de la siguiente manera:



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día de la sesión.
3. Lectura de las precisiones realizadas por la Convocante y/o la Requirente.
4. Lectura de las preguntas realizadas por los proveedores y las respuestas por parte de la Convocante y/o la Requirente.
5. Asuntos generales.
6. Levantamiento del Acta correspondiente a la sesión.
7. Clausura de la sesión.

2

Acto seguido, se le solicitó al **M.A. Juan Ramón González Farías**, Secretario Técnico Suplente, diera lectura a las precisiones elaboradas por la Convocante y/o la Requirente. El cual hizo mención de que no existe ninguna precisión por parte de la Convocante ni por parte de la Requirente.

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, se informó a los presentes que se recibieron preguntas por parte de los siguientes licitantes:

NO.	LICITANTE
1	BIODIST, S. A. DE C. V.
2	AMPHARMA S.A. DE C.V.

Dichas preguntas fueron recibidas en tiempo y forma, por lo que fueron contestadas por la convocante y la requirente en el proceso licitatorio que nos ocupa, quedando contestadas de la siguiente manera.

LICITANTE: **BIODIST, S. A. DE C. V.**

B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-MICRO-5336220925-0001, MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE	Se acepta su propuesta, se podrá ofertar el microscopio con rango 55 a 75 mm como mínimo o un rango de 48 a 75 mm.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

CAMPO CLARO // En el numeral 1.3.1, se especifica un ajuste de distancia Inter pupilar de 55 a 75 mm como mínimo. En el mercado existen una amplia variabilidad de marcas que ofertan microscopios ópticos binoculares con un rango de variación de la distancia Inter pupilar entro los 48 a 55 mm, siendo estas las medidas promedio. Con el fin de no limitar la participación, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un microscopio con un rango de 48 a 75 mm, dado que esta variación no afecta el desempeño ni la funcionalidad del sistema óptico. ¿Se acepta la propuesta?	
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-MICRO-5336220925-0001, MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO // En el numeral 1.3.4 Inclinación de 30° ó 45°. Y giratoria a 360 grados. En el mercado los microscopios con inclinaciones de 30 o 45° son de cabezales con los oculares fijos sin posibilidad de agregar accesorios (cámaras), mientras que los de 25° pueden ser personalizados a contar con cámara, adicionalmente una variación de 5° no afecta el desempeño óptico del microscopio. Para no limitar la participación, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un microscopio con tubo binocular de 25° de inclinación a fin de ser una mejora en el diseño que permite incorporar en el futuro accesorios como las cámaras. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar microscopios con inclinaciones de 30 o 45° o microscopio con tubo binocular de 25° de inclinación.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-BANOS-5331190263-0006, BAÑO PARA FLOTACIÓN // En relación con el numeral 1.2, que solicita un recipiente fabricado en material que evite la adhesión de cortes. En el mercado los recipientes de los baños de flotación son fabricados en acero inoxidable o aluminio y normalmente cuentan con recubrimientos hidrofóbicos que evitan la adhesión de los cortes en	Se acepta su propuesta se podrá ofertar un baño de flotación que contenga un recipiente fabricado en material que evite la adhesión de cortes o un baño de flotación que contenga un recipiente de aluminio Recubrimiento en polvo negro mate Epoxi Suave que cumpla con la función solicitada.

3



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

las paredes. Materiales como el epoxi-poliéster tienen una naturaleza hidrofóbica y apolar que evitan que ciertas resinas o ceras se peguen a él, siendo este material un componente funcional de algunos baños de flotación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un baño de flotación que contenga un recipiente de aluminio Recubrimiento en polvo negro mate Epoxi Suave que cumpla con la función solicitada. ¿Se acepta la propuesta?	
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-BANOS-5331190263-0006, BAÑO PARA FLOTACIÓN // 1.5.- Carcasa de material resistente y anticorrosión. En el mercado los recipientes de los baños de flotación son fabricados en acero inoxidable y/o aluminio con recubrimientos hidrofóbicos que impiden el contacto con el agua evitando la corrosión. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un baño de flotación con recubrimiento epoxi poliéster, un material que evita la corrosión. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar un baño de flotación con Carcasa de material resistente y anticorrosión o un baño de flotación con recubrimiento epoxi poliéster, un material que evita la corrosión.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-BANOS-5331190263-0006, BAÑO PARA FLOTACIÓN // En relación con el numeral 1.6, que establece un rango de temperatura de trabajo de 0°C a 75°C. En el mercado los baños de flotación operan en rangos de 30° a 75°C con la finalidad de mantener una temperatura cálida en el instrumento y permitir la distensión del corte en el agua. Solicitamos a la convocante nos permite ofertar un baño de flotación con rangos de temperatura de 30°C a 70°C ±1°C, el cual cumple con los requerimientos funcionales del proceso. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar un baño de flotación con rango de temperatura de trabajo de 0°C a 75°C o un baño de flotación con rangos de temperatura de 30°C a 70°C ±1°C, el cual cumple con los requerimientos funcionales del proceso.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-MICRO-5336310106-0006, MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINAMÁTICO // En el numeral 1.13.- la	Se acepta su propuesta se podrá ofertar MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA SEMIAUTOMÁTICO con "angulación de la muestra" o MICROTOMO PARA CORTES DE



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

convocante solicita la característica "angulación de la muestra" Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el equipo con cabezal orientable (o porta muestras orientable), el cual es un componente mecánico del micrótomos que permite ajustar físicamente la posición y el ángulo del bloque de tejido. Como característica equivalente ¿Se acepta la propuesta?	PARAFINA SEMIAUTOMÁTICO con cabezal orientable (o porta muestras orientable), el cual es un componente mecánico del micrótomos que permite ajustar físicamente la posición y el ángulo del bloque de tejido.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-PROCE-5337460108-0001, PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS //1.2. Capacidad de carga de 100 casetes como máximo. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuente con una capacidad de procesamiento de 120 casetes como una mejora a la descripción de la convocante. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS con Capacidad de carga de 100 casetes como máximo o PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS que cuente con una capacidad de procesamiento de 120 casetes.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-PROCE-5337460108-0001, PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS // Respecto al numeral 1.3, que solicita canastillas contenedoras de casetes en diferentes capacidades. Existen procesadores de tejidos que cuentan con la capacidad de tener a bordo entre 100 y 120 casetes como máximo. Esto permite manejar desde volúmenes inferiores de casetes hasta los límites superiores que permite el fabricante. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuente con dos canastillas para procesamiento, cada una con capacidad para 120 casetes, considerando que independientemente de la cantidad de casetes que se coloquen en la canastilla no afecte la eficiencia operativa del procesador, siempre y cuando no se rebase su capacidad máxima de 120 casetes. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS con canastillas contenedoras de casetes en diferentes capacidades o PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS con dos canastillas para procesamiento, cada una con capacidad para 120 casetes, considerando que independientemente de la cantidad de casetes que se coloquen en la canastilla no afecte la eficiencia operativa del procesador, siempre y cuando no se rebase su capacidad máxima de 120 casetes

5



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-PROCE-5337460108-0001, PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS // En relación con el numeral 1.12, que solicita "protección contra desecación de las muestras". Ciertos procesadores de tejidos tienen como paso final sumergir el tejido en un baño de parafina, mismo que representa el final de proceso, resguardando la muestra hasta su retiro y evitando así la desecación. Por ello, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que detenga su proceso en el paso del parafinado y permita el retiro de las muestras ya infiltradas al usuario. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS con "protección contra desecación de las muestras" o PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS que detenga su proceso en el paso del parafinado y permita el retiro de las muestras ya infiltradas al usuario.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-UNIDA-5338190555-0001, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA // Respecto al numeral 1.6, que solicita "temperatura en el depósito o tanque de parafina en el rango de 50°C a 75°C como mínimo". Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que maneje rangos de temperatura de 50°C a 70°C, Ya que estas temperaturas son las adecuadas para fundir la parafina de cualquier marca comercial. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA con "temperatura en el depósito o tanque de parafina en el rango de 50°C a 75°C como mínimo" o UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA que maneje rangos de temperatura de 50°C a 70°C, Ya que estas temperaturas son las adecuadas para fundir la parafina de cualquier marca comercial.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-UNIDA-5338190555-0001, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA // Respecto al numeral 1.2, que solicita "Placa calefactora o superficie de trabajo con temperatura en el rango de 50 a 75°C.". Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que maneje rangos de temperatura de 50°C a 70°C, ya que estos rangos de temperatura mantienen la parafina fundida permitiendo la manipulación de las muestras. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA con "Placa calefactora o superficie de trabajo con temperatura en el rango de 50 a 75°C." o UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA que maneje rangos de temperatura de 50°C a 70°C, ya que estos rangos de temperatura mantienen la parafina fundida permitiendo la manipulación de las muestras.

6



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA I-UNIDA-5338190555-0001, UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA // Respecto al numeral 1.16, que solicita "pantalla táctil para despliegue de parámetros programados y medidos". Existen alternativas en el mercado, que brindan un teclado de membrana para controlar y programar el equipo, esto es muy funcional para usuarios que están manipulando las muestras y a su vez hacer cambios en la configuración del equipo. Esto puede ocasionar que se ensucie de parafina una pantalla táctil y con ello entorpecer el trabajo del usuario. Considerando la alternativa de manipular la configuración a través de botones, Solicitamos a la convocante nos permita oferta un equipo con esas características a fin de facilitar el trabajo del usuario ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA con solicita "pantalla táctil para despliegue de parámetros programados y medidos" o UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA con teclado de membrana para controlar y programar el equipo.
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-EQUIP-5338600041-0009, EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS // Respecto al numeral 1.1.3, que menciona "anticuerpos "como reactivos del equipo. En el mercado existen equipos que pueden procesar laminillas para tinciones básicas o especiales y equipos que realizan tinciones con anticuerpos (Inmunohistoquímica). Tanto una tinción básica como una de inmunohistoquímica el fundamento y sus procedimientos no son compatibles por lo que no existe un equipo que haga ambos procedimientos. Para fines de dar seguimiento a las demás características de la ficha técnica B-EQUIP-5338600041-0009, EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, entendemos que la convocante requiere un equipo de tinción básica (Hematoxila y eosina) y todos los insumos relacionados a los procedimientos de tinción de H&E. Solicitamos a la convocante nos aclare si efectivamente estamos en el entendido de ofertar un	Se acepta su propuesta se podrá ofertar EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS con "anticuerpos "como reactivos del equipo o EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS con tinción básica (Hematoxilina y eosina) y todos los insumos relacionados a los procedimientos de tinción de H&E.

7



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

equipo exclusivo para tinciones básicas en esta convocatoria. Favor de pronunciarse.	
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO POR PARTIDAS. NO. DE FICHA TÉCNICA B-EQUIP-5338600041-0009, EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS // Respecto al numeral 1.8 , que solicita "con al menos 2 estaciones de secado". Las estaciones de secado en los instrumentos de tinciones histológicas cumplen la función de secado para posteriormente realizar el montaje permanente de las laminillas. Los equipos con dos estaciones de secado comprometen el espacio para las estaciones de lavado y/o estaciones de tinción. Con el fin de no limitar la participación, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con 1 estación de secado pues esta característica permite llevar a cabo el proceso requerido de tinción y garantiza resultados eficientes para el usuario. ¿Se acepta la propuesta?	Se acepta su propuesta se podrá ofertar EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS "con al menos 2 estaciones de secado" o EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS con 1 estación de secado.

8

LICITANTE: AMPHARMA S.A. DE C.V.

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto 1.2 Fecha, Lugar y Condiciones de entrega Para las siguientes claves, solicitamos un tiempo de entrega de 6 a 8 semanas posteriores al fallo, ya que estos equipos no los tenemos en inventario y se tendrían que exportar, ¿Se acepta nuestra propuesta? Clave CNIS: Descripción 533.746.0108 Procesador automático de tejidos	No se acepta su propuesta, apegarse a lo establecido en el punto 1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, de las bases de la presente licitación



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

533.860.0041 Equipo para Tención Automatizada de Tejidos

B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Clave CNIS: Descripción 533.746.0108 Procesador automático de tejidos Se solicita a la convocante aceptar una tecnología superior a la descrita, basada en presión y vacío en la cual el tejido conserva mejor su integridad al no manipularse directamente ¿Se acepta nuestra propuesta?	El licitante participante podrá proponer especificaciones superiores a las especificadas siempre y cuando cumplan con el mínimo de especificaciones solicitadas por la requirente y la convocante.
Anexo número 1 Técnico Por partidas Solicitamos a la convocante, nos sea proporcionadas las fichas técnicas editables con el fin de facilitar la elaboración de las propuestas técnica y realizar el referenciado correspondiente a los benes ofertados	Para proporcionarle las fichas técnicas editables, favor de solicitarlas mediante correo electrónico a licitacionessalud2colima@gmail.com.

Como quinto punto del orden del día, en uso de la voz, la **C.P. Marina Nieto Carrasco**, preguntó si alguno de los miembros del Subcomité tenía algún asunto general a tratar, a lo que ningún integrante hizo uso de la voz.

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento del sexto punto del orden del día, la **C.P. Marina Nieto Carrasco**, solicitó proceder a la elaboración del Acta correspondiente a la sesión.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

Se hizo de conocimiento de los presentes y de los participantes que el **Acto de Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas** se llevará a cabo el día **09 de diciembre de 2025** a las **11:00 horas** en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales del Municipio de Colima, dicho acto dará inicio puntualmente por lo que no se aceptarán propuestas después de la hora señalada en las bases de la licitación.

10

Para efectos de notificación de la Licitación Pública Nacional que nos ocupa, para los licitantes que no asistieron al presente Acto de Junta de Aclaraciones, y que hubieran adquirido las Bases, se les tendrá por notificados en forma personal, por medio del correo electrónico que los mismos hayan proporcionado al momento de su inscripción. Sin perjuicio de lo anterior se podrá proporcionar en fotocopia a su solicitud el Acta respectiva, estando a su disposición a más tardar el día hábil siguiente de la celebración del presente Acto y hasta por el término de cinco días hábiles, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, cuya dirección se encuentra detallada en el párrafo anterior.

Sin otro asunto que tratar, como séptimo punto del orden del día, se dio por concluida la sesión de Junta de Aclaraciones, siendo las **12:12 horas** del día de su inicio, obviando la lectura de la presente Acta por instrucción de la Presidenta Suplente del Subcomité por motivo de que su contenido es de conocimiento de todos los presentes, los cuales firmarán al margen y al calce, y en caso de necesitarlo, de haber recibido copia de esta Acta, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar.

**POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

PRESIDENTA SUPLENTE CON VOZ Y VOTO.

**C.P. MARINA NIETO CARRAZCO
SECRETARIA TÉCNICA**



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

VOCALES CON VOZ Y VOTO.


C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN

Directora Administrativa.
Secretaría Ejecutiva.



**ALEJANDRA SINAHÍ GONZÁLEZ
GONZÁLEZ**

Subdirectora del Laboratorio Estatal de Salud
Pública.
Vocal Suplente.

11


ING. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ DÍAZ
Subdirector de Estadística e Informática.
Vocal Suplente.

ASESORES CON VOZ.


**LICDA. THANIA GUADALUPE ALCARÁZ
RODRÍGUEZ**

Suplente del Coordinador de Asuntos
Jurídicos.


**LIC. GUILLERMO JOSUÉ JARAMILLO
TORRES**

Suplente del Coordinador del Órgano Interno de
Control.


M.A. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ FARIAS
Jefe del Departamento de Adquisiciones





**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. 36066001-015-2-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA UNIDADES DE IMSS-BIENESTAR SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

ASESOR TÉCNICO

DR. HÉCTOR JONATHAN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Jefe de Oficina de Atención Médica Especializada

12

LICITANTE

C. RAFAEL ZARATE NARVAÉZ
Representante de AMPHARMA, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-015-2-2025 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.