

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-028-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00** horas del día **28** de **noviembre** de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 numeral 1º, fracción I, artículo 28 numeral 4º, artículo 30 numeral 1, fracción I, artículo 32 numeral 1º y artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-028-19**, relativa: **PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

El acto fue presidido por la C.P. Rosalba Núñez Rosas, **Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales**, quien fue autorizada mediante **oficio DA/2526/2019**, de fecha **28** del mes y año en curso, y firmado por la Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva de los Servicios de Salud, la Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.

2. - Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-028-19

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE
TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTAS DEL LICITANTE:


INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA SA DE CV

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.2 Fecha y lugar de entrega Pregunta. Solicitamos, toda vez que son equipos de importación, que el tiempo de entrega pueda ser de 45 a 60 días. Se acepta?	Se acepta los 45 días

B).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 1 1. Cama mecánica... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama eléctrica. Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases
Partida 1. 4. Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con un trendelenburg inverso de 10° . Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases.
Partida 1. 4. Posición de reanimación RCP Pregunta. Toda vez que son camas de hospitalización, solicitamos que este punto sea opcional. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 1. 8. Dimensiones de la cama... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con dimensiones de 216 x 97 cm. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 1. 12. Colchon de poliuretano... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar un colchon de 12 cm de espesor. Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases.
Partida 2. 7. Dimensiones de la superficie Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con dimensiones de 196 x 87 cm. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 2 8. Dimensiones de la cama Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con dimensiones de 222 x 102 cm. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-028-19

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

Partida 2 20.1 Báscula digital Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una báscula con capacidad de 200 kg. se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 4 2.5 Dimensiones de la superficie... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar dimensiones de 191 x 64 cm. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 7 2. Ajuste vertical min... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar ajuste vertical de 90 cm como mínimo o abatible +/-45° toda vez que el factor de mayor uso es el ajuste vertical. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 7 13. Sistema de alimentación... Pregunta. Solicitamos que este punto sea opcional para no encarecer el producto tomando en consideración que el sistema de alimentación eléctrico irá conectado a la planta de emergencia para cualquier contingencia. Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases
Partida 7 Accesorios 1. Pregunta podrían aclarar si el panel de control en pared será necesario ofertarlo?	Se deberá ofertar panel de control en pared
Partida 9 1. Cama mecánica.... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama eléctrica. Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases
Partida 9 4. Trendelenburg inverso de 12° como mínimo. Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con un trendelenburg inverso de 10°. Se acepta?	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases
Partida 9 4. Posición de reanimación RCP Pregunta. Toda vez que son camas de hospitalización, solicitamos que este punto sea opcional. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.
Partida 9 8. Dimensiones de la cama.... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar una cama con dimensiones de 216 x 97 cm. Se acepta?	Se acepta sin ser obligatorio para los demás licitantes hacerlo de esta manera.





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-028-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE
TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

Partida 9 12. Colchon de poliuretano... Pregunta. Solicitamos se nos permita ofertar un colchon de 12 cm de espesor. Se acepta	No se acepta, lo requerido por la convocante se encuentra debidamente descrito en las bases.
Partida 9 Entendemos que después de la sección de normas o certificados los numerales posteriores no aplican para la cama toda vez que mencionan temas de esterilización, es correcto?	Es correcto

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
3.3.2 inciso a) Se solicita atentamente a la Convocante presentar en este punto el Acta Constitutiva y solo su última modificación ante Fedatario Público, se acepta?	Se acepta


3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desechada.

4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrarán el día **05 de diciembre** del presente año, a las **13:00 horas**; en tanto que el fallo se celebrará el **09 de diciembre** las **12:00 horas**.

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **102:3218 (catorce dieciocho)** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.







DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-028-19
JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Y EL HOSPITAL GENERAL DE
TECOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

FUNCIONARIOS

Nombre	Firma
C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales	
Lic. Edgar Adrián Alonso Heredia Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
L.E. Miguel Ángel Delgado Sub- Jefatura del Hospital Regional Universitario	