


SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18  
JUNTA DE ACLARACIONES

**PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00** horas del día **29** de **Mayo** de **2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los licitantes participante cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-029-18, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

El acto fue presidido por el **Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, quien fue autorizado mediante oficio DA/914/2018, de fecha 29 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la LAET Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1. Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.
2. Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:




1

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18  
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS  
 PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS																								
<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita dirigir todos los escritos que se deriven de la presente licitación de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;">DR. MIGUEL BECERRA HERNANDEZ                      SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.                      COLIMA, COL.</p>	<p><b>APEGARSE A BASES.</b></p>																								
<p>NUMERAL 4.1.1.3 ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA, Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si es correcto entender que el renglón donde solicitan "MARCA" se colocara la denominación distintiva señalada en el Registro Sanitario de los insumos.</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACION, SE COLOCARA LA DENOMINACION DISTINTIVA</b></p>																								
<p>NUMERAL 4.1.1.3 ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA, Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si es correcto entender que el renglón donde se solicita "MODELO", solo aplica para los equipos.</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACION, EL RENGLON "MODELO" SOLO APLICA PARA LOS EQUIPOS</b></p>																								
<p>NUMERAL 4.1.1.2 ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita adecuar el cuadro solicitado con la información de la siguiente manera, para poder requisitarlo a renglón seguido como se solicita en las presentes bases, sin ser limitativo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">PARTIDA</th> <th style="width: 15%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">(A)CANTIDAD OFERTADA</th> <th style="width: 10%;">(B)PRECIO UNITARIO SIN IVA</th> <th style="width: 10%;">(C) IMPORTE (a)x(b)</th> <th style="width: 10%;">(d) I.V. A</th> <th style="width: 10%;">(e) IMPORTE TOTAL CON I.V.A (c)+(d)</th> <th style="width: 10%;">FABRICANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">IMPORTE TOTAL</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	(A)CANTIDAD OFERTADA	(B)PRECIO UNITARIO SIN IVA	(C) IMPORTE (a)x(b)	(d) I.V. A	(e) IMPORTE TOTAL CON I.V.A (c)+(d)	FABRICANTE				\$	\$	\$	\$		IMPORTE TOTAL							\$	<p><b>SE HACE ACLARACION POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</b></p>
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	(A)CANTIDAD OFERTADA	(B)PRECIO UNITARIO SIN IVA	(C) IMPORTE (a)x(b)	(d) I.V. A	(e) IMPORTE TOTAL CON I.V.A (c)+(d)	FABRICANTE																		
			\$	\$	\$	\$																			
IMPORTE TOTAL							\$																		
<p>NUMERAL 4.1.2.1 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar la propuesta económica en carpeta de 3 argollas, sin ser limitativo.</p>	<p><b>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO</b></p>																								




SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18  
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS  
 PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

NUMERAL 4.1.3 INCISO D), Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar rubrica en todas y cada una de las hojas de la técnica y económica y solo firmar de manera autógrafa los documentos que por su naturaleza así lo requieren sin ser limitativo.	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO</b>
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA TÉCNICA, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar imagen o ilustración o catálogo u hojas del manual que coincida con la descripción propuesta a fin de observar la correspondencia y fisionomía del bien descrito, sin ser limitativo.	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO</b>
NUMERAL 3.19 Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que en caso de que mi representada participe de manera conjunta, bastara con presentar el convenio solicitado en el presente punto, sin anexar ninguna otra documentación de la empresa con la cual se celebre dicho convenio.	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO</b>
PUNTO 1.7 VIGENCIA DEL CONTRATO. Se solicita amablemente a la convocante aclare si la vigencia del contrato abarca el periodo del 09 de Junio 2018 al 31 de diciembre de 2019. Favor de aclarar.	<b>ES CORRECTO, LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DEL 09 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ANEXO A-2 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 17 VOLUMEN CORRIENTE SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE (45 A 1500 ML). Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un volumen corriente de 20 a 1500 ml. ¿Se acepta?	<b>SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</b>
ANEXO A-3 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA, PUNTO 17 MODOS DE VENTILACIÓN PCV-VG AUTOFLOW. El modo de ventilación Autoflow es marca registrada Dragér. Para no limitar la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar modo de ventilación PCV-VG o autoflow. ¿Se acepta?	<b>SE ACEPTA. PODRÁ OFERTAR MODO DE VENTILACIÓN PCV VG O AUTOFLOW O APR</b>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18  
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS  
 PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

ANEXO A-3 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA, PUNTO 22. PANTALLA A COLOR DE LCD O TFT CON MONITOREO DE GRÁFICOS Y VALORES NUMÉRICOS DE 15" O MAYOR. Se solicita a la convocante permita ofertar pantalla de 8.4" ¿Se acepta?	<b>NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES</b>
ANEXO A3 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA, PUNTO 23. PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MONITORIZADOS DESPLEGADOS NUMERICA Y GRAFICAMENTE EN PANTALLA DE VENTILADOR. Se solicita a la convocante permita desplegar dichos parámetros en la pantalla del Monitor de Signos Vitales. ¿Se acepta?	<b>NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES</b>
ANEXO A-3 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA PUNTO 17 VOLUMEN CORRIENTE SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE FUELLE (45 A 1500 ml). Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un volumen corriente de 20 a 1500 ml. ¿Se acepta?	<b>SE ACEPTA. SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</b>
ANEXO B, TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFO PARA MONITOR, Se solicita amablemente a la convocante nos brinde un numero de referencia o marca en base al equipo que se usa en el hospital.	<b>SE REQUIERE PARA EQUIPOS DE LA MARCA GE</b>
ANEXO B, LINEA DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR, Se solicita amablemente a la convocante nos brinde un numero de referencia o marca en base al equipo que se usa en el hospital.	<b>SE REQUIERE PARA EQUIPOS DE LA MARCA GE</b>

- 3 Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
  
- 4 El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **06 de junio** del presente año, a las **13:00 horas**, en tanto que el fallo, se celebrará el **08 de junio** del año en curso, a las **14:00 horas**.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18  
 JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA






- 5 La convocante aclara: que con la finalidad de presentar las propuesta económica a renglón seguido se deberá utilizar el formato en el NUMERAL 4.1.1.2 ANEXO 16 PROPUESTA ECONOMICA, conforme al siguiente cuadro:


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	(A) CANTIDAD OFERTADA	(B) PRECIO UNITARIO SIN IVA	(C) IMPORTE (a)x(b)	(d) I.V.A	(e) IMPORTE TOTAL CON I.V.A (c)+(d)	FABRICANTE
			\$	\$	\$	\$	
IMPORTE TOTAL							\$

- 6 Se comunica que el registro y todos los eventos serán en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **12:25** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

**Funcionarios**

Nombre	Firma
Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna. Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la contraloría del gobierno del estado	
C.P. Manuel Santa Ana Velasco Representante de la Secretaría de Administración y Gestión Pública	
Lic. Octavio Hurtado Montes de Oca Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Enf. Melchor Rodríguez Torres Representante del REPSS	



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-029-18

A/1

JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES DE ANESTESIOLOGIA EN COMODATO Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS  
PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**Licitantes Participantes**

Nombre	Firma
DIMESA S.A. DE C.V. Representada por: Christian Roberto Jaime Medina	